Technische Daten / Technical information



D 1 3 600=1 (klein)	
A=	22,0 cm
B=	10,0 cm
C=	10,0 cm

D 1 3 600=2 (groß)	
A=	30,5 cm
B=	15,0 cm
C=	12,0 cm

D 1 3 300 (schmal)	
A=	22,0 cm
B=	14,0 cm
C=	14,0 cm

D 1 3 100=1	
A=	21,5 cm
B=	15,0 cm
C=	13,0 cm

D 1 3 500=1 (klein)	
A=	18,0 cm
B=	15,0 cm
C=	11,5 cm

D 1 3 500=2 (groß)	
A=	21,0 cm
B=	19,0 cm
C=	15,0 cm

A=Länge / Length, B= Höhe / Height, C= Höhe innen / Inner Height

Lieferumfang/ Delivery includes

1 Kopfstütze / 1 Headrest
3 Schrauben M5 x 16 Zylinderinnensechskant / 3 Cylinder Allen Screws

Alle Rechte vorbehalten, besonders die der Verbreitung und Vervielfältigung, auch auszugsweise.
All rights reserved.

Version: 17.08.2020

Gebrauchsanweisung/ Instruction Sheet

McLean REHAtechnik

Kopfstützen / Headrest

Inhalt/Content:

Standard-Kopfstütze, klein Standard-Headrest, small	D 1 3 600=1 E 1 3 600=1	☐
Standard-Kopfstütze, groß Standard-Headrest, large	D 1 3 600=2 E 1 3 600=2	☐
Lateral-Kopfstütze, schmal Lateral-Headrest, narrow	D 1 3 300 E 1 3 300	☐
Combi-Kopfstütze Combi-Headrest	D 1 3 100=1 E 1 3 100=1	☐
Vario-Kopfstütze, klein Vario-Headrest, small	D 1 3 500=1 E 1 3 500=1	☐
Vario-Kopfstütze, groß Vario-Headrest, large	D 1 3 500=2 E 1 3 500=2	☐

Charge Nr. / No.:

CE

Datum/Date:

Kontrolliert/controlled:

McLean REHAtechnik GmbH ● Breiter Anger 20 ● D-37115 Duderstadt ● Tel.: +49 (0) 55 27 / 99 73 90 ● www.mclean-rehatechnik.de

Zu Ihrer Sicherheit

Um Gefahren und Unfälle zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen strikt.

Anwendung

Die Kopfstützen werden zur Kopfpositionierung/Kopfkontrolle genutzt.
Sie werden über die Kugelaufnahme in Neigung und im horizontalen Winkel eingestellt.

Individuelle Anpassung und Montage

Die Montage erfolgt über ein Kopfstützenmontageset (D 1 3 010 und D 1 3 011).
Dieses wird an den Rahmen montiert; dann wird die Kopfstütze über die Kugelaufnahme mit 3 Inbusschrauben an den Befestigungsring der Kugelstange geschraubt.

Pflege und Wartung

Die Kopfstützen nur mit warmem Wasser und milder Seife reinigen.
Desinfektion erfolgt mit einem Handdesinfektionsmittel.

EU-Konformitätserklärung

Wir, McLean REHAtechnik GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Produkte die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) erfüllen.

Safety Notes

To reduce risk, please ensure that the instructions have been read and fully understood before use. The assembly instructions must be strictly adhered to.

Application

The Headrests are used to position and/or control head movement. The ball and socket joint offers a wide range of adjustment.

Assembly and Fitting

The Headrest is mounted using a headrest hardware kit (E 1 3 010 or E 1 3 011) which in turn is mounted to the frame or seat shell. The Headrest is then mounted, using the ball and rod.
The mounting ring is screwed to the Headrest with the cylinder allen screw M 5 x 16 supplied with the Headrest.

Care and Maintenance

Clean only with water and a mild detergent.
Desinfection only with a recommended desinfectant.

EU Declaration of Conformity

We, McLean REHAtechnik GmbH, declare under our sole responsibility that the products described in these operating instructions meet the basic requirements of the regulation (EU) 2017/745 (MDR).

McLean REHAtechnik GmbH ● Breiter Anger 20 ● D-37115 Duderstadt ● Tel.: +49 (0) 55 27 / 99 73 90 ● www.mclean-rehatechnik.de